

附件一：调研产品清单及需求

序号	耗材名称	用途及参数需求	其他需求
1	血管造影导管	1、广东集采中选产品，用于在血管造影术中，输送造影剂到所选的血管系统。 2、需覆盖RLG、MIK、KMP等特殊型型号。 3、可实现1:1扭矩传输，提供优良的抗折性和支撑力。 4、能顺利通过复杂血管，并保持最佳形状。 5、具有优良的动态性能。 6、提供了良好的X光下的分辨率。 7、需要柔滑的软头设计，减少可能的血管损伤。 8、需含软头、软延长管、管身、保护套和鲁尔座等配件。导管内腔用于输送造影剂。鲁尔可与注射器类器械配合连接。	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
2	氢氧化钙根管充填糊剂	1、适用于口腔内根管消毒，含有氧化锆、氢氧化钙成分 2、需为注射型，方便临床操作 3、可实现暂封及消毒需要，不变色 4、永久封闭前容易去除。	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
3	牙根管充填尖	1、用于填充和密封牙髓腔和根管，以防止细菌再次侵入并保护根管内的牙髓组织。 2、具有良好的弹性和可塑性，可适应根管的形态，并填充根管内的空隙。 3、通过热塑或冷压等方式进行加工，以确保其与根管壁的贴合度。 4、需适配院内已有的“热熔牙胶填充仪”，低于200℃可融化。 5、直径需包含2.5mm，长度需包含16mm。	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
4	咬合记录硅橡胶	1、主要用于准确记录咬合关系，减少医生工作及调颌时间，提高临床工作效率。 2、主要由聚二甲基硅氧烷、二氧化硅、铂催化剂等混合成。	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》

5	藻酸盐印模材	1、使用方便、调拌，有较好的弹性及抗撕裂性，不易脱模 2、适用于通用要求、技工取模 3、用于制取牙齿和口腔组织印模 4、变色和固化时间同步	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
6	弹性体印模材料	1、可用于口腔科临床印取精准口腔模型	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
7	脱敏剂	1、脱敏 2、减少细菌 3、帮助粘接剂增加粘接强度 4、需深入牙本质小管内200微米，直接沉淀牙本质小管内牙本质小管液，形成蛋白质屏障，阻止小管液流动，直接阻断牙齿敏感的传导过程 5、可起封闭作用类似屏障，阻断细菌滋生 6、具有再湿化作用，激活牙本质表面胶原纤维，帮助粘接剂更好渗透到牙本质层，增加粘接强度	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
8	一次性使用高速涡轮牙钻手机	机械性能：具备口腔治疗操作过程中的钻削、磨削牙齿性能 技术性能：具备无回吸技术，避免牙椅管路内的水汽进入手机，进而进入患者口腔，引起交叉感染 防气路回吸：0克 防水路回吸：无下降	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
9	一次性无菌机用根管锉	1、有韧性，切割效率高，在弯曲根管内预备顺畅，不易发生器械分离 2、安全导向尖设计，无切削功能，不易形成台阶和侧穿 3、记忆回弹，经热处理可恢复初始状态，保持根管原始解剖形态 4、无菌包装，无需消毒，即刻使用，提高临床效率	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》

10	达芬奇器械臂无菌套	1. 具有抗渗透能力。 2. 结构件的作用相当于纽扣，能够与手术机器人手腕等特殊部位卡合转接，防止防护套滑落，形成腔体相对密封。 3. 定型条可绕在手术机器人机械臂上起支撑作用，防止手术机器人旋转运动时，保护套薄膜纹绕在机械臂缝隙上阻碍其运动。 4. 外观清洁，无尘粒和异物、无破损、折叠平整。 5. 热合牢靠，烫缝平整，不起皱，无漏烫。 6. 长宽尺寸允差 $\pm 10\%$ ；绵带露在袋体外两端尺寸之和应大于5cm，松紧带长度应小于袋口尺寸95%；薄膜厚度不小于0.02mm；热合连接部位连接处牢固度应能大于5N/15mm；绑带断裂强度应大于20N，松紧带断裂强度应大于10N。	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
11	左心耳封堵器、导管鞘	1、对于房颤患者，左心耳封堵器能有效封堵左心耳，减少抗凝药物使用，降低卒中风险。 2、塞式封堵器操作更简便，封堵效果好 3、产品需可基本满足临床各种类型左心耳的封堵需求，顺应性及延展性良好能基本保证手术成功率； 4、产品需具有较好的安全性，能有效降低术中心脏破裂、心包填塞、冠脉压迫等不良事件风险 5、输送鞘需质量良好，在封堵器输送过程中可提供足够支撑力同时，降低对心脏的损伤，有效保障手术安性 6、封堵直径规格需包含 20mm-35mm，基本满足临床各种类型左心耳的封堵需求 7、需满足10F-14F 封堵术输送鞘输送。 8、封堵器材质合理，需有效降低镍离子释放，减少患者对于镍离子的过敏反应。 9、需能满足 3.0T 核磁共振需求	一、如有必须配合使用的配套设备、耗材等，需一起报名 二、具备医疗器械注册证 三、已纳入《广州市社会医疗保险及生育保险医用耗材目录》
声明：以上所述的初步配置及参数需求等要求无指向性、倾向性和排他性，因市场了解的局限性，可能存在不足，仅作为本次市场调研参考用。			